AGAR SABOURRAUD

USO PRETENDIDO:

El ágar Sabouraud es un medio destinado a la cultura cualitativa de hongos (mohos y levaduras) en materiales clínicos y no clínicos. La adición de cloranfenicol hace este más selectivo. Su pH bajo favorece el crecimiento de dermatófitos y inhibe algunas espécies bacterianas de interés clínico.

MUESTRAS:

Muestras clínicas y no clínicas pueden ser utilizadas en conjunto con el Sabouraud Agar, siendo decisión del usuario final definir critérios de recogida, conservación y rechazo de las mismas. Es un medio recomendado por la USP para aislamiento de mohos y levaduras

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Peptona, dextrosa y agar, com ou sem adição de cloranfenicol

PRESENTACIÓN: Paquete con 10 tubos.

ALMACENAMIENTO:

Este producto debe ser almacenado en temperatura de 4 a 25^{0}C, podiendo ser transportado en temperatura ambiente por hasta 72 horas.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES:

1. Producto para uso diagnóstico “in vitro”;
2. No usar productos con el plazo de validez expirado o con el sello de calidad roto;
3. Antes de descartar el material usado, autoclavar a 121^{0}C por 15 minutos.

MATERIALES NECESARIOS NO OFRECIDOS:

1. Estufa bacteriológica;
2. Correa bacteriológica.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO:

Medio en placas y tubos:

1. Retirar del embalaje la cantidad de placas o tubos a ser usado (devolver el restante a la heladera) y dejar adquirir temperatura ambiente;
2. Identificar las placas y tubos siguiendo los critérios adoptados por el laboratorio;
3. Sembrar el material de acuerdo con la técnica establecida por el laboratorio;
4. Incubar en estufa a 20-25°C por período de tiempo exigido por la técnica utilizada;
5. Cuando utilizados los tubos, dejar la tapa semi abierta para entrada de oxígeno y un mejor crecimiento de los microrganismos;
6. Analizar las colónias siguiendo el procedimiento estándar de laboratorio.

CONTROL DE CALIDAD:

A cada lote recibido o en frequencia establecida por el usuario, se debe evaluar el medio con una cepa de moho o levadura. Para obtención de resultados confiables se recomienda el uso de cepas estándar ATCC o derivadas.

DOCUMENTO DE GARANTÍA:

La RenyLab obedece lo establecido en la Ley 8.078/90 - Código de Defensa del Consumidor. Para que el producto presente su mejor rendimiento, es necesario:

1. que el usuario conozca y siga rigurosamente el siguiente procedimiento
2. que los equipamientos y demás accesorios necesarios estén en buenas condiciones de uso, manutención y limpieza. Antes de ser liberado para venta, cada lote del producto es sometido a pruebas específicas, que son repetidos periódicamente conforme el calendario establecido por la empresa hasta la fecha de vencimiento.

Los certificados de análisis de cada lote pueden ser obtenidos en el sítio www.renylab.ind.br. En caso de dudas o cualquier problema de origen técnica, entrar en contacto con el SAC - Servicio de Asesoría al Cliente a través del teléfono (+55 32) 3331-4489 o por el correo sac@renylab.ind.br. Cualquier problema que afecten una buena respuesta del producto, que tengan ocurrido con pruebas por falla de la RenyLab serán resueltos sin costos al cliente, conforme lo establecido en ley.

BIBLIOGRAFIA:

1. ANVISA, Descrição dos Meios de Cultura Empregados nos Exames Microbiológicos;
2. Oplustil, C.P., Zoccoli, C.M., Tobouti, N.R., e Sinto, S.I. Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, Sarvier, São Paulo, 2000.
3. MERCK. Manual de medios de cultivo. Darmstadt, 1990.

RenyLab Química e Farmacêutica Ltda
Carretera BR 040 km 697 Caiçaras
RUC / NIT / RUT: 00.562.583/0001-44
CEP 36.205-666 - Barbacena – MG - Brasil
Teléfono (+55 32) 3052-7746 / 3331-4489
Responsable técnico: Renê Vaz de Mello
CRF-MG: 2709
www.renylab.ind.br
Registro en el Ministério de la Salud: 80002670074